



Produkt
Product
Produit

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Declaration UE de conformité

Elektronisches Quantometer
Electronical Quantometer - Turbine Gas Flow Meters
Quantomètres électronique - Compteurs de gaz



Neckaraue 9
71686 Remseck

Typ, Ausführung

Type, Model
Marquage de produit
série:

MQMe

Fabrik Nr.:
Fabrikation-no.:
Numéro de

Richtlinie Directive Directive	PED	ATEX
Produktkennzeichnung Product marking Marquage de produit	ohne/without/sans - DN25 CE - DN50 CE 0035 - DN80-DN150	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE 1026
EU-Richtlinien EU-Directives Directives européenne	2014/68/EU	2014/34/EU
Normen Standards Normes	OIML 137-1&2 DIN EN 12261	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
EU-Baumusterprüfung EU Type-Examination Décision d'approbation européenne	HpiVS/P1001-103-Q-04	CNEX 21 ATEX 0007 X
Überwachungsverfahren Surveillance Procedure Methode à garder	2014/68/EU	EN ISO/IEC 80079-34 FTZÚ 17 ATEX Q 004
Überwachungsinstanz des Systems Surveyor of the System Auditeur de la système	Notified Body 0035 TÜV Rheinland Am Grauen Stein 51105 Köln	Notified Body 1026 FTZÚ, s.p. Pikartská 7 716 07 Ostrava-Radvanice

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte sind nach den aufgeführten Richtlinien und Normen hergestellt. Sie stimmen mit den geprüften Baumustern überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren. Durch den Zusammenbau der Produktkomponenten werden keine zusätzlichen Zündquellen erzeugt.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Products labelled accordingly are manufactured according to the listed directives and standards. They correspond to the type approval samples. The production is subject to the stated surveillance procedures. No additional ignition sources are being created by assembly of the product's components.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Les produits désignés en conséquence ont été fabriqués conformément aux exigences des Directives et Normes citées. Ils conformes au type éprouvé. La fabrication est soumise au Procédé de surveillance indiqué. L'assemblage des composants du produit ne génère aucune source d'allumage supplémentaire.

Unterzeichnet für und im Namen von: Metreg Technologies GmbH

Signed for and on behalf of:

Signé pour et au nom de:

Till Kirchner
Geschäftsführer

Remseck, 02.01.2023